

Goniometrická hlavička – špecifikácia

- namontovateľná na štandardné držiaky goniometrických hlavičiek od firmy Huber
- výška minimálne 60 mm
- hlavička má možnosť rotovať vzorku minimálne v dvoch na seba kolmých osiach pričom:
 - os č. 1 minimálny rozsah rotácie: -20 - +70 stupňov
 - os č. 2 minimálny rozsah rotácie: +- 15m stupňov
 - presnosť nastavenia rotácie oboch osí: 0,1 stupňa
- hlavička má možnosť translácie vzorky v dvoch na seba kolmých rovinách, pričom v oboch rovinách je možnosť translácie minimálne +-3 mm (od stredu goniometrickej hlavičky).